

## Lindano

### Métodos de determinación recomendados:

#### ATMÓSFERA

| Fuentes | Método de análisis químico   | Norma de referencia (1) | Observaciones/Información adicional (2) |
|---------|--|-------------------------|---|
|         | Detector de conductividad electrolítica y por cromatografía de gases | NIOSH 5502.<br>Lindane  | -                                       |

#### AGUA

| Fuentes | Método de análisis químico                                       | Norma de referencia (1)   | Observaciones/Información adicional (2) |
|---------|--|---|---|
|         | Método por cromatografía de gases con extracción líquido-líquido | UNE EN ISO 6468:1997.<br><br>Calidad del agua.<br>Determinación de ciertos insecticidas organoclorados, bifenilos policlorados y clorobencenos. Método por cromatografía de gases con extracción líquido-líquido. | Propuesta en la Guía de E-PRTR          |

**(1).-Normativa de referencia para la aplicación de los métodos.**

**Leyenda:**

NIOSH.- *Instituto nacional para la seguridad y salud ocupacional de Estados Unidos.*

UNE.- *Normativa española.*

**(2).-Hace referencia a si el método/norma indicado se incluye en algún texto legal, especificando si en de ámbito estatal o autonómico.**

**NOTA:** Para más información, consultar el apartado “Guías Sectoriales”, disponibles en el fondo documental de PRTR ESPAÑA <http://www.prtr-es.es/>